



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
CNPJ N°. 83 268 011/0001-84
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



MEMO Nº 363/2021
Para: Setor de Licitações
PREFEITURA MUNICIPAL DE
IPIXUNA DO PARÁ


Ipixuna do Pará (PA), 16 de Novembro de 2021

Assunto: Licitação de Equipamentos e Material Permanente


Venho por meio deste, solicitar que seja realizado o processo de Licitação de Equipamentos e Material Permanente para Atenção Especializada em Saúde, conforme especificações técnicas em anexo, referente ao número de proposta FUNDO a FUNDO Nº 12846.471000/1210-03, com recurso de EMENDA PARLAMENTAR, visando atender as necessidades do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPIXUNA DO PARÁ. Friso que o mesmo é de caráter emergencial para o funcionamento do mesmo. Segue em anexo a relação de itens:

DOTAÇÃO: 2029 Ações de Média e Alta Complexidade
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 4.4.90.52.00
FONTE DE RECURSO: 1215

Atenciosamente,


Salomão Silva Sousa
Secretário Municipal de Saúde
Portaria: 073/2021 - GP


Salomão Silva Sousa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto Nº 073/2021-GP

RECEBIDO
DATA: 16/11/21

DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATO

MATERIAL PERMANENTE 1210-03



NOME DO EQUIPAMENTO	MONITOR MULTIPARAMETROS
CARACTERISTICA FISICA	PARAMETROS BASICOS SUPORTE P/ MONITOR
ESPECIFICAÇÃO	ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP POSSUI
QUANT.	01
V.UNIT	17.247,00
VALOR TOTAL	17.247,00
NOME DO EQUIPAMENTO	BISTURI ELETRICO (A PARTIR DE 151 W)
CARACTERISTICA FISICA	ESPECIFICAR
ESPECIFICAÇÃO	SIM
QUANT.	01
V.UNIT	29.090,00
VALOR TOTAL	29.090,00
ESPECIFICAÇÃO TECNICA	GERADOR COM POTENCIA DE 300W, MICROCONTROLADO POR MICROPROCESSADORES, CAPAZ DE LER A IMPEDANCIA DOS TECIDOS NOS MODOS BIPOLA E CORTE. DEVE POSSUIR TECNOLOGIA QUE PROJETA O PACIENTE CONTRA QUEIMADURAS EM LOCAIS ALTERNATIVOS, PRINCIPALMENTE COM USO DE ELETRODOS DE ECG. OS CONTROLES DE ENERGIA PODEM SER AJUSTADOS ATRAVES DOS PAINELIS COM MEMBRANAS APROVA ÁGUA COM LEITURA DIGITAL DE POTENCIA MODO DE OPERAÇÃO DE NO MINIMO: BIPOLAR E MONOPOLAR. ESPECIFICAÇÃO MINIMA DO GERADOR CORTE PURO (300W), BLEND (130W), COAGULAÇÃO (120W) E BIPOLAR (70W) DEVE POSSUIR REGULADOR DE ALARME SONORO. DEVE SER COMPATIVEL COM SISTEMA DE GAS ARGONIO. ACESDSORIOS QUE ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: 01 CARRO DE TRANSPORTE, 01 PEDAL BIPOLAR. ALIMENTAÇÃO ELETRICA A SER DEFINIDA PELA ENTIDADE SOLICITANTE.
NOME DO EQUIPAMENTO	CARRO DE EMERGENCIA
CARACTERISTICA FISICA	REGUA DE GASES GAVETA REGUA DE TOMADAS TABUA DE MASSAGEM SUPORTE PARA CILINDRO SUPORTE PARA DESFIBRILADOR SUPORTE DE SORO
ESPECIFICAÇÃO	NÃO POSSUI NO MINIMO 3 COM CABO DE NO MINIMO 1,50M POSSUI POSSUI POSSUI POSSUI



QUANT.	01
V.UNIT	4.283,00
VALOR TOTAL	4.283,00
ESPECIFICAÇÃO TECNICA	
QUANTIDADE TOTAL	03
VALOR TOTAL(R\$)	50.620,00