

# ATA DE PROPOSTAS

## Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará

### FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

#### Pregão Eletrônico - 9/2023-047-PE

### Declarações obrigatórias

Titulo	Descricao
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Declaração de Elaboração Independente de Proposta	Declaração de Elaboração Independente de Proposta
Declaração de Elaboração Independente de Proposta	Declaração de Elaboração Independente de Proposta
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

\* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

### Propostas Enviadas

**0001 - VENTILADOR PULMONAR - Especificação : VENTILADOR PULMONAR - MODALIDADES VENTILATÓRIAS VCV (assistida)PCV (assistida) PLV V-SIMV P-SIMPV CPAP dual PAP ( ARPV BIPAP ajustáveis), PSV, VNI.AJUSTES DE PARAMETRO DE VENTILAÇÃO Volume Corrente: 10 a 2500ml Frequência respiratória: 0 a 150min-1 Tempo de subida (rise time): 0 a 2,0 s Pausa: 0 a 70% essão limite máxima: 0 a 60cmH2o Pressão inspiratória: 1 a 60 cmh2o Pressão de suporte (PS):OFF 5 A 60 cmH2o PEEP: 0 A 40 cmH2O Sensibilidade assistida (pressão): OFF -0,2 A 10,0 cmH2O Sensibilidade assistida (fluxo): OFF 0,5 a 30,0l/min Fluxo inspiratório em PLV (neonatal): 4 a 20l/min Ciclagem por fluxo em pressão de suporte: 5 a 80% Concentração de O2: 35 a 100% Tempo inspiratório:0,1 a 10,0 s Forma de onda do fluxo inspiratório: quadrado, desacelerado, acelerado, senoidal.CPAP: 1 A 40 cmh2O Relação: 1:4 a 4:1 Backup: OFF PLV PCV VCV Tempo para alarme de apneia: 5 A 60 S Fluxo de o2 para oxigenoterapia: 0 A 15L/min SISTEMA DE ALARME E SEGURANÇA Alarme Automático (valores ventilatórios): 10, 20 ou 30% Pressão ? alarme de alta: OFF 1 a 80 cmH2O Pressão ? alarme de baixa: OFF 1 A 80 cm H2O PEEP ? Alarme de alta: OFF 1 A 40, cm H2O PEEP- alarme de baixa: OFF 1 A 40 cm H2O Volume Minuto- alarme de alto: OFF 0,1 a 100,0l Volume minuto ? alarme de baixa: OFF 0,1 A 100,0L Tempo para alarme de apneia: 5 A 60 S Frequência respiratória ? alarme de alta: OFF 1 A 200 MIN-1 Frequência respiratório ? alarme de baixa: OFF 1 a 200min-1 SpO2 baixo: OFF 30 a 100% EtCO2- alarme de alto: OFF 1 a 80mmHg EtCO2- alarme de baixa: OFF 1 a 80 mmHg CO2 inspirado: OFF 1 a20mmHg Bateria fraca Pressão de rede baixa (40 psi ? 276 kpa) Desconexão do circuito respiratório Obstrução do circuito respiratório Apneia Sem rede elétrica Verifique adaptador de CO2 Reinicie Sensor de CO2 Troque sensor de CO2 co2 fora da escala Erro de leitura de CO2 Calibrar sensor de CO2 Atenção sensor SpO2 (sensor fora do dedo)BATERIA Bateria interna li-ion 11,8 VDC: 400 MaH Autonomia**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	20/10/2023 - 16:39:00	CMOS DRAKE/ RUAH	CMOS DRAKE	2	R\$63.822,25	R\$ 127.644,50	Sim
Cirubel - Cirurgica Belem Com. e Rep. Ltda	05.323.167/0001-07	24/10/2023 - 17:07:19	GRAPHNET TS+	TECME	2	R\$63.822,00	R\$ 127.644,00	Sim
POLYMEDH LTDA	63.848.345/0001-10	26/10/2023 - 09:08:46	CMOSDRAKE	CMOSDRAKE	2	R\$63.822,25	R\$ 127.644,50	Não
FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI	30.921.204/0001-26	26/10/2023 - 15:47:25	RUAH ADULTO E PEDIATRICO	CMOSDRAKE	2	R\$63.822,00	R\$ 127.644,00	Sim
CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI	10.769.989/0001-56	26/10/2023 - 16:41:04	BOAREY 1000D	PRUNUS/SHENZHEN PRUNUS MEDICAL CO., LTD.	2	R\$63.822,00	R\$ 127.644,00	Sim



LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	42.650.279/0001- 07	26/10/2023 - 16:57:29	RUAH	CMOS DRAKE	2	R\$63.800,00	R\$ 127.600,00	Sim
OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	33.583.026/0001- 69	26/10/2023 - 17:50:03	ENDOBRIX / RC30	ENDOBRIX / RC30	2	R\$63.822,25	R\$ 127.644,50	Sim
F Cardoso & Cia Ltda	04.949.905/0001- 63	27/10/2023 - 08:32:28	SHENZHEN PRUNUS	SHENZHEN PRUNUS	2	R\$173.800,00	R\$ 347.600,00	Não

## Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
POLYMEDH LTDA	63.848.345/0001-10	60 dias
Cirubel - Cirurgica Belem Com. e Rep. Ltda	05.323.167/0001-07	60 dias
F Cardoso & Cia Ltda	04.949.905/0001-63	60 dias
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	60 dias
CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI	10.769.989/0001-56	60 dias
OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	33.583.026/0001-69	60 dias
FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI	30.921.204/0001-26	60 dias
LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	42.650.279/0001-07	60 dias

Fornecedores divulgados.

ALDECIR PEREIRA  
DAMASCENO:60003650200

Assinado de forma digital por  
ALDECIR PEREIRA  
DAMASCENO:60003650200

Aldecir Pereira Damasceno

Pregoeiro

*Geane dos Santos Lima*

GEANE DOS SANTOS LIMA

Apoio

*William Silva Moura Júnior*

WILLIAM SILVA MOURA JÚNIOR

Apoio

